

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 9 e n° 10

Gara 2/F/2023 - Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il Centro di nanotecnologie UNINANO in via di realizzazione" presso la sede di Via Claudio, 21 a Napoli, articolata in 14 Lotti.

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui all'oggetto, che si riportano nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile Unico del Progetto.

Quesito n° 9)

"(...) In merito al Lotto n. 8, nel Capitolato Tecnico vengono descritte le caratteristiche minime degli strumenti.

Per consentire la più ampia partecipazione alla Gara, vi sottoponiamo i seguenti chiarimenti.

1)Relativamente alla fornitura dei Personal Computer: sia per l'AFM sia per il profilometro a stilo, Bruker fornisce PC con sistema operativo Windows 10: tali PC (completi di display, monitor, mouse) sono testati in fabbrica e perfettamente funzionali al controllo degli strumenti. Fermo restando che si potrà in futuro eseguire un aggiornamento di tali PC (non appena Bruker lo renderà disponibile) si richiede la possibilità di partecipare alla gara fornendo i PC sopraindicati.

2)Relativamente alla movimentazione su wafer (> 2"), il modello menzionato nel Capitolato tecnico, Bruker MultiMode 8-J, implementa un'architettura "sample scanning" che può gestire campioni aventi diametro massimo di 1,5 cm. Si richiede la possibilità di partecipare lo stesso alla gara con tale modello (Bruker MultiMode 8-J).

3)Relativamente allo stage X-Y-Z motorizzato, il Modello menzionato nel Capitolato Tecnico, Bruker MultiMode 8-J, non ne è provvisto. Si richiede la possibilità di partecipare lo stesso alla gara con tale modello (Bruker MultiMode 8-J).

4)Relativamente al fuoco automatico, il Modello menzionato nel Capitolato Tecnico, Bruker MultiMode 8-J, utilizza di ottiche atte a focalizzare manualmente le immagini del campione e della sonda sul campione, garantendo lo stesso misurazioni e performance avanzate dello strumento. Si richiede la possibilità di partecipare lo stesso alla gara con tale modello (Bruker MultiMode 8-J).(...)"

Risposta al Quesito n°9)

- 1) Si conferma la possibilità di partecipare alla gara con i pc proposti dalla casa costruttrice. Si ribadisce altresì che i monitor devono essere quelli richiesti nella documentazione di gara.
- 2) Le specifiche richieste devono essere equivalenti o superiori alle stesse previste per il modello Bruker MultiMode 8-J
- 3) Le specifiche richieste devono essere equivalenti o superiori alle stesse previste per il modello Bruker MultiMode 8-J

- 4) Le specifiche richieste devono essere equivalenti o superiori alle stesse previste per il modello Bruker MultiMode 8-J

Quesito n° 10)

“Egregi Signori, in merito alla Gara 2/F/2023 (RdO 3686006) si richiede ove possibile la proroga di un mese della data di scadenza che al momento è fissata al 15.09.2023. (...)”

Risposta al Quesito n°10)

Non si rilevano motivi validi per poter concedere ulteriori proroghe alla data di scadenza per la presentazione delle offerte che resta pertanto fissato al 15.09.2023.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Massimo Bellucci
firmato digitalmente

