

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4 "Istruzione e Ricerca" - COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa" - INVESTIMENTO 1.3 "Creazione di partnerati estesi alle Università, ai Centri di ricerca, alle Aziende per il finanziamento di progetti di ricerca" Finanziato dall'Unione Europea - NexGenerationEU

**Progetto: AGE-IT – Ageing Well in an ageing society - Spoke 3 Clinical and environmental factors,
functional status and multimorbidity: Stratifying**

codice progetto MUR PE00000015 - CUP E63C22002050006

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO Riferimento N° PNRR_DiSMeT_03_2024

Oggetto: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA ATTREZZATURA, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), PER L’ACQUISIZIONE DI IMMAGINI ECOCARDIOGRAFICHE DI ELEVATA QUALITÀ E DI ANALIZZARE POST-HOC IMMAGINI GIÀ ACQUISITE CON IL SISTEMA ECOCARDIOGRAFICO GE VIVID E9 GIÀ IN POSSESSO PRESSO A STRUTTURA

PREMESSE E FINALITA'

Il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (di seguito "Stazione Appaltante") intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa di mercato, a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a eventuali procedure di selezione per lo specifico affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. Allegato II.1, artt. 1 e 2, "Disposizioni generali" e "Indagini di mercato") titolato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78 del 21/06/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Tale fase esplorativa non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice, non costituisce, pertanto, invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti della scrivente Struttura, in base alla complessità o meno dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità dello stesso.

L'indagine in oggetto non determina aspettative, non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa, oppure di affidarla anche in presenza di una sola offerta valida.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all'affidamento della fornitura in di cui all'oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è uno strumento **per l'acquisizione di immagini ecocardiografiche di elevata qualità e di analizzare post-hoc immagini già acquisite con il sistema ecocardiografico ge vivid e9 già in possesso presso a struttura** le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegata scheda tecnica (Allegato A).

La ditta appaltatrice dovrà:

- ✓ Garantire la completezza della fornitura in linea con l'allegato
- ✓ Garantire il totale e completo rispetto delle specifiche richieste
- ✓ Garantire l'efficienza e l'affidabilità di funzionamento dei prodotti forniti su tutte le parti per tutta la durata del contratto in linea con l'allegato;
- ✓ Garantire i tempi di consegna

I costi di trasferta, installazione, di manodopera e ogni costo riferito alla consegna e attivazione dell'oggetto della fornitura dovranno essere inclusi nel valore dell'offerta.

Il luogo di consegna ed installazione della fornitura è il **Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali** sito in via Pansini n. 5, Napoli, 80131 – presso il Complesso A.O.U. Federico II - **Edificio 18, 6^a piano, UOC Terapia Medica Sub-intensiva**. Persona assegnataria: **Prof. Pasquale Abete**

Tempi di consegna: entro 60 giorni seguenti la stipula.

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo i soggetti identificati come operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo la definizione dell'art. 1, comma 1, lettera "l" dell'allegato I.1 redatto ai sensi dell'art. 13, comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, che:

- ✓ sono abilitati al Mercato Elettronico della PA di Consip SpA (MePA) per la fornitura in oggetto. La mancata iscrizione dell'operatore economico al MePA al momento della presentazione del preventivo determinerà la non valutabilità della proposta;
- ✓ si trovino in situazione di insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ si trovino in situazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001
- ✓ sono iscritti nei registri di cui all'art. 100, co. 5, lett. a, del D.l.gs. n. 36/2023;
- ✓ rispettino gli "*Impegni dell'operatore economico*" secondo il disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 per attività inerenti all'oggetto del presente affidamento;
- ✓ autorizzino, in sede di espletamento della procedura di acquisizione, alla verifica dei requisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 99 del citato Codice, in merito all'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, alle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e al possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103;
- ✓ rispettino il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) (circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024).

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo massimo presunto stimato per l'affidamento di cui all'oggetto è pari a euro 80.000,00 (euro ottantamila,00) oltre IVA. Tale ammontare è comprensivo delle spese di trasporto, installazione e collaudo oltre quanto indicato in allegato A, che restano, pertanto, a carico dell'Operatore Economico. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono pari a zero.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno inviare i documenti sotto richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno a partire dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente avviso, via PEC, all'indirizzo dip.scienze-medtras@pec.unina.it, citando obbligatoriamente nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: **"Manifestazione di interesse per Avviso Esplorativo rif. N. PNRR_DiSMeT_03_2024"**. I documenti richiesti sono:

1. Richiesta di invito (Allegato B: Richiesta Invito)
2. Relazione tecnica descrittiva della proposta
3. Eventuali allegati alla relazione tecnica (esempio, non esaustivo, brochure e/o schede tecniche esplicative di dettagli che consentano la migliore descrizione dell'oggetto dell'affidamento)
4. Preventivo
5. Dichiarazione DNSH – Disponibilità a presentare la Scheda n. 3 "Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
6. Impegno a formulare successiva offerta, qualora invitati;
7. Dichiarazione di disponibilità ad integrare tutte le necessarie informazioni che il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali ritenesse opportuno acquisire;
8. Dichiarazione di compatibilità con la tecnologia già in possesso, sistema GE Vivid E9, per confrontare dati già acquisiti con i futuri e utilizzare gli esami già in archivio e ri-esaminarli con il nuovo strumento.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'operatore economico e sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto.

ESAME DEI PREVENTIVI

La Stazione Appaltante, nella persona dell'interessato alla fornitura, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, provvederà ad esaminare le relazioni tecniche ed i preventivi ricevuti entro la scadenza.

L'individuazione dell'affidatario avverrà su base comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri, in ordine decrescente d'importanza:

- La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;
- Il minor prezzo: l'elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante procederà anche in presenza di una sola offerta pervenuta entro i termini e nelle modalità indicate nel presente avviso.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La successiva fase negoziale sarà attivata tramite Trattativa Diretta su Mercato Elettronico della PA di Consip SpA (MePA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera "b" del D.lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico individuato sarà tenuto, in sede di trattativa, a fornire la documentazione sottoindicata secondo gli allegati che saranno messi a disposizione dalla scrivente stazione appaltante. La già menzionata documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente ed allegata all'offerta.

- 1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 2) Patto di integrità;
- 3) F24 pagamento imposta di bollo;
- 4) Autorizzazione, in sede di espletamento della procedura di acquisizione, alla verifica dei requisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE.2;
- 5) Dichiarazione di impegno a fidejussione definitiva
- 6) Ulteriori dichiarazioni richieste per il PNRR:
 - requisiti per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità - obbligo del rispetto dei principi ambientali DNSH – composizione societaria (Dichiarazione di cui al DPCM 187/1991) – tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Dichiarazione conflitto interessi operatore economico;
 - Dichiarazione titolare effettivo;
 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo;
 - Requisiti ordine generale ex art 94 e 95;

Si specifica inoltre che:

- La stipula del contratto avverrà a seguito di TD sulla piattaforma Mepa (Consip);
- ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (buono d'ordine), ivi incluse le spese di bollo, sono a totale carico dell'aggiudicatario. È onere, pertanto, dell'affidatario garantire il rispetto della normativa in materia di imposta di bollo e registro, ivi compresa l'apposizione nelle forme previste dalla legge, nelle modalità previste dall'allegato I.4. al Codice appalti pubblici: "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" richiamato dall' art.18, comma 10 del medesimo Codice. In mancanza il contratto non si intenderà produttivo di effetti;
- l'aggiudicatario è tenuto, a sua cura, alla redazione di tutti i documenti come precedentemente dettagliati che dovranno essere allegati a pena di esclusione alla Trattativa Diretta;
- l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei tempi di consegna e di tutte le condizioni come dettagliate nell'allegato A

SUBAPPALTO / CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione delle specifiche caratteristiche della fornitura di cui al presente avviso, **non è consentito il subappalto**. Inoltre, non si potrà a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte la fornitura ad altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la Stazione Appaltante.

CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti anche di natura tecnico scientifica potranno essere inoltrate via PEC al referente della fornitura pasquale.abete@personalepec.unina.it e in cc dip.scienze-medtras@pec.unina.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed **entro le ore 12:00 del quintultimo giorno dalla scadenza dell'avviso, incluso**.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato il seguente testo "INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO Riferimento N° **PNRR_DiSMeT_03_2024** – Richiesta chiarimenti". Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell'indirizzo PEC indicato comporteranno la mancata risposta ai quesiti inviati.

La Direttrice
Prof.ssa Annamaria Staiano

(firmato digitalmente)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una e-mail al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece dip.scienze-medtras@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

Allegato A – SCHEDE TECNICHE

Oggetto della fornitura e relative caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche minime di un'apparecchiatura in grado di acquisire immagini ecocardiografiche di elevata qualità e di analizzare post-hoc immagini già acquisite con un sistema ecocardiografico GE Vivid E9 già in possesso della struttura

AVVISO ESPLORATIVO

L'apparecchiatura deve avere le seguenti caratteristiche:

- piattaforma di elaborazione delle immagini basata su software beamformer: cSound™ nei seguenti ambiti applicativi: cardiologia adulti/pediatrica/neonatale, cardiocirurgia, cardiologia interventistica, pediatria, applicazioni addominali (renali, ginecologia, pelvica), fetali, ostetriche, piccoli organi (seno, testicoli, tiroide), cefalico neonatale, trans-cranico, vascolare periferico, muscolo-scheletrico, urologia/prostata, trans-rettale, transvaginale e intraoperatoria. Interfaccia utente e manuale in lingua italiana o lingua differente su richiesta.
- Monitor a colori wide (16:9) da 22" UHD su braccio articolato.
- Pannello di comando Touchscreen a colori multitouch UHD.
- Modalità di lavoro: 2D, M-Mode, Color M-Mode, Anatomical M Mode™, Color Anatomical M-Mode™, Color Doppler, Power Doppler anche bidirezionale, Doppler PW HPRF/LPRF, Doppler CW, Doppler Tissutale spettrale, Doppler Tissutale Colorimetrico, Eco contrastografia, Analisi Strain, Analisi Speckle Imaging, Volumetria per applicazioni transtoraciche e trans-esofagee.
- Predisposta per scansioni con trasduttori standard, a Matrice, a Matrice elettronica volumetrica in modalità: Phased Array (anche Trans-esofagea adulti e pediatrica), Lineare, Convex, Micro-convex, Endocavitaria, Intraoperatoria, vettoriale.
- Applicazioni, calcoli e grafici completi per tutte le specialità (Cardiologia Adulti, Pediatrica, Z-Scores, Neonatale, Fetale, Vascolare, Small Parts, General Imaging, Pediatria, Urologia, TCD, Ginecologia, Ostetricia ecc) e misure Doppler cardiologiche Automatiche.
- Analisi ed acquisizione: UD Clarity, HD Imaging, CPI, Tissue Tracking, ATO, ASO, CTO, Compound, Confocal Imaging, Virtual Apex Imaging, LOGIQView™, LVO Contrast, Cineloop configurabile prospettico e retrospettivo, Scan Assist, Scan Assist Pro, ECG con Respiro.
- Analisi quantitativa: Qstress, QTVI, QContrast, Advanced Vascular (BTI, BFI, Speckle Reduce).
- Analisi ed acquisizione volumetrica: 4D single/dual/multi beat-FlexiVolumes, Biplane e Triplane imaging, 5 slice/7-slice/9-slice/6-slice/12-slice in real time con e senza ECG, 4D Color, Depth Color Render, Depth Illumination e Stereo Vision, Easy 4D (Auto LVQ/4D Views/4D Stress/AO Annulus quantification). Advanced 4D User: Auto Align, Measure on Render, Dynamic Crop, Dynamic 9-slice/Live 9-slice. 4D workflow: QuickRotate, 2-Click Crop, FlexiSlice, Laser Lines, Biplane Prepare, FlexiZoom, Scan Assist (4D stress/2D stress/CRT protocols), Scan Assist Pro.
- Archivio integrato dati Paziente, referti ed immagini (per tutte le modalità) possono essere archiviati nel formato GE RAW Data™ con funzione salvataggio automatico e Backup, Report Designer/Statement, Heart Failure Report, E-Sign-off.
- Sistema di protezione e sicurezza integrato con criptazione dati e controllo di accesso LDAP.
- Esportazione dati in formato Windows e Mac compatibile.
- Uscite disponibili: USB 2.0/3.0, DVI-D/HDMI, RJ 45 10/100/1000 Gb, WIFI (opzionale).
- Espandibilità integrabili nel sistema: BFlow™, BFI™, Vascular Contrast, Contrast Imaging, Advanced Qscan Imaging, AFI Productivity Package, Myocardial Work, Stress Echo, AFI Stress, IMT.
- Sistema di quantificazione automatica della wall motion basato sull'analisi in scala di grigi (2D Strain/Speckle) con rappresentazione bull'eye dello score di movimento e curve di analisi di global strain

- Stampante bianco-nero
- Sonda per 2D e 4D
- Sonda Lineare
- Software per quantificazione tenendo conto della pressione dinamica del ventricolo sinistro sulla base dei risultati ottenuti con lo Strain (longitudinale), tenendo conto della pressione sanguigna sistolica misurata immediatamente prima dell'esame ecocardiografico e dei tempi di apertura della valvola mitralica e di chiusura della valvola aortica.

Si precisa che tali esami ecocardiografici di elevata qualità e la conseguente analisi dei dati sono da eseguirsi anche su pazienti, già in precedenza reclutati ai fini del progetto. Per tale motivo, **è fondamentale utilizzare la stessa tecnologia già in nostro possesso destinata a fini esclusivamente assistenziali** in quanto tutti i reperti ecocardiografici dei pazienti già reclutati nel progetto sono stati realizzati con un sistema GE Vivid E9 e successivamente archiviati e processati con il software specifico per tale apparecchiatura.

Requisiti di installazione, formazione e garanzia:

- Il sistema e i suoi accessori associati devono includere manuali operativi e di manutenzione che coprano il corretto funzionamento, la manutenzione ordinaria e la risoluzione dei problemi per lo strumento e il software di controllo. Tutti i manuali e la documentazione sullo strumento devono essere forniti in formato elettronico.
- L'offerente fornirà formazione per 2 dipendenti a tempo pieno (FTE), che richiederanno da 1 a 2 giorni lavorativi consecutivi.
- L'offerente fornirà supporto applicativo per i primi 2 mesi successivi all'installazione.
- L'offerente installerà l'apparecchiatura e fornirà tutta la manodopera, i viaggi, il kit per la manutenzione e gli strumenti, ecc., per installare l'apparecchiatura all'indirizzo fornito di seguito, inclusa la consegna interna.
- L'offerente garantirà l'intero sistema per un periodo di almeno un (1) anno dalla data di installazione.

All. B_ Fac simile "1. Richiesta di invito"

VIA PEC

Spett.le Università degli Studi di Napoli

Federico II – Dipartimento di Scienze Mediche

Traslazionali

PEC: dip.scienze-medtras@pec.unina.it

OGGETTO: RICHIESTA DUI INVITO A PARTECIPARE ALL' AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO N. PNRR_DiSMeT_03_2024 PER AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. Allegato II.1, artt. 1 e 2, "Disposizioni generali" e "Indagini di mercato"), per affidamento relativo a uno strumento per l'acquisizione di immagini ecocardiografiche di elevata qualità e di analizzare post-hoc immagini già acquisite con il sistema ecocardiografico ge vivid e9 già in possesso presso a struttura per le esigenze del per il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali – LOTTO UNICO

Il/La sottoscritto/a ¹.....

nato/a il/...../....., C.F.

..... residente a

....., Prov (.....) CAP.....

via/le/p.zza..... n.

in qualità di.....

dell'Impresa.....

avente sede legale a Prov (.....)

CAP.....via/le/p.zza..... n. P.IVA/C.F.

¹ La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile; la stessa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa o da procuratore (nel caso va trasmessa la relativa procura per conto della ditta) e **corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.**

..... ; indirizzo

PEC.....; indirizzo mail.....

Referente per la pratica:.....,

telefono:..... , mail:.....

VISTO

l'avviso di indagine esplorativa di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. Allegato II.1, artt. 1 e 2, "Disposizioni generali" e "Indagini di mercato") relativo all'oggetto, pubblicato sul Sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it>, alla sezione <http://www.unina.it/ateneo/gare/consultazione-preliminare-mercato> , con la presente

MANIFESTA

il proprio interesse all'intervento in oggetto e ad essere invitato alla procedura in oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di non rientrare in uno dei motivi di esclusione dalle procedure di appalto previste dall'art. **94 e 95** del D. Lgs. N. **36/2023** di cui si conosce esattamente il contenuto;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, oppure di affidarla anche in presenza di una sola offerta valida;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura in oggetto che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato nei modi di legge in occasione della eventuale procedura di affidamento;
- che, ai sensi del REG. 2016/679/UE, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, dell'eventuale procedura di gara ed atti conseguenti;
 - di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - di Impegnarsi a formulare successiva offerta, qualora invitati;
 - di garantire la completezza della fornitura in linea con l'allegato;
 - di garantire il totale e completo rispetto delle specifiche richieste;
 - di garantire l'efficienza e l'affidabilità di funzionamento dei prodotti forniti su tutte le parti per tutta la durata del contratto in linea con l'allegato;

- di garantire i tempi di consegna;
- di autorizzare, in sede di espletamento della procedura di acquisizione, alla verifica dei requisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 99 del citato Codice, in merito all'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, alle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e al possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103;
- a impegnarsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - d) garantire il rispetto dei principi PNRR;
 - e) garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) e a presentare la Scheda n. 3 "Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- **di garantire la compatibilità del software dell'apparecchiatura con la tecnologia già in possesso, sistema GE Vivid E9, per confrontare dati già acquisiti con i dati futuri e utilizzare gli esami già in archivio per rianalizzarli con il nuovo strumento.**
- di avere preso visione dell'avviso e di accettarne senza riserve il contenuto.

(luogo, data)

(sottoscrizione)

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche

competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece il seguente ufficio a mezzo email: dip.scienze-medtras@unina.it.

Il Referente per il Trattamento dei dati del Dipartimento è la Direttrice Prof.ssa Annamaria Staiano, email: annamaria.staiano@unina.it, tel. 081.7462679 e/o il Capo dell'Ufficio dipartimentale Contabilità e Bilancio Dott. Roberto Bifulco, email: roberto.bifulco@unina.it, tel. 081.7464374.

Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo al seguente link:

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy?p_p_id=disclaimer_WAR

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy come sopra riportata.

Napoli, _____

Per IL DICHIARANTE

N.B L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98).