

AVVISO DI CHIARIMENTI N° 2

Gara 1/F/2025 – Procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. avente ad oggetto "fornitura e allestimento del centro/dimostratore agritech presso il complesso di San Giovanni a Teduccio" in n. 23 Lotti – CIG Lotto 1 B55C3A0C7F; CIG Lotto 2 B55C3A1D52; CIG Lotto 3 B55C3A2E25; CIG Lotto 4 B55C3A3EF8; CIG Lotto 5 B55C3A4FCB; CIG Lotto 6 B55C3A50A3; CIG Lotto 7 B55C3A6176; CIG Lotto 8 B55C3A7249; CIG Lotto 9 B55C3A831C; CIG Lotto 10 B55C3A93EF; CIG Lotto 11 B55C3AA4C2; CIG Lotto 12 B55C3AB595; CIG Lotto 13 B55C3AC668; CIG Lotto 14 B55C3AD73B; CIG Lotto 15 B55C3AE80E; CIG Lotto 16 B55C3AF8E1; CIG Lotto 17 B55C3B09B4; CIG Lotto 18 B55C3B1A87; CIG Lotto 19 B55C3B2B5A; CIG Lotto 20 B55C3B3C2D; CIG Lotto 21 B55C3B4D00; CIG Lotto 22 B55C3B5DD3; CIG Lotto 23 B55C3B6EA6.

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile Unico del Progetto.

Quesito n° 3)

"Con riferimento alla documentazione inerente la gara in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento relativamente alla discrepanza riscontrata nei dispositivi da fornire indicati nel Lotto 21 - Specifiche Tecniche minime - Strumentazione per Biologia molecolare.

In particolare, si segnala che nel documento Allegato Lotto 21 vengono elencati n° 20 gruppi di continuità e n° 2 generatori di azoto, i quali tuttavia non risultano presenti nella tabella di composizione del Lotto 21 stesso e né nella tabella lotto 21 presente nel documento 'Disciplinare di Gara'. Tali dispositivi, invece, sono inclusi nella tabella di composizione del Lotto n. 23 - Piccola Strumentazione da laboratorio.

Si richiede, pertanto, di voler confermare se trattasi di refuso e se i dispositivi n° 20 gruppi di continuità e n° 2 generatori di azoto debbano essere effettivamente considerati come parte integrante del Lotto 23.."

Risposta al Quesito n° 3)

l'Allegato Lotto 21 Specifiche Tecniche Minime, nella descrizione di dettaglio, riporta erroneamente una composizione contenente n°20 Gruppi di Continuità e n° 2 Generatori di Azoto, non presenti in tabella e in altri documenti.

Si conferma che il Lotto 21 non prevede la fornitura di tali dispositivi, e la descrizione è da intendersi quale refuso.

Quesito n° 4)

"In merito a quanto richiesto a pag. 42 del disciplinare di gara, ovvero 'aver eseguito nell'ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente bando) forniture analoghe a quelle per il lotto cui partecipa, di importo minimo complessivo pari al 50% del valore a base d'asta del lotto cui si partecipa. la "fornitura analoga è da intendersi quale fornitura coerente con il CPV principale o secondario indicati per il lotto per il quale si partecipa oppure con tutte o alcune tipologie di prodotti presenti nel lotto e descritti negli allegati".

Si chiede se possono essere usati contratti di forniture di impianti di depurazione a servizio di Comuni. Ovvero impianti di trattamento acque reflue urbane e acque reflue domestiche.

Risposta al Quesito n° 4)

Considerato che nel quesito posto non è stato specificato a quale lotto si riferiscano i contratti di forniture rappresentati, non risulta possibile formulare una risposta appropriata.

Quesito n° 5)

"Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:

Le "Specifiche Tecniche Minime" sono da considerarsi a pena esclusione oppure sono soggette alla valutazione come da allegato "Criteri di Valutazione Tecnici"?

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta al Quesito n° 5)

Le Specifiche Tecniche Minime sono vincolanti, ovvero rappresentano i requisiti minimi, a pena di esclusione, che l'offerta tecnica del partecipante deve rispettare per ciascuno dei beni, così come indicato negli allegati "Specifiche Tecniche Minime".

**Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Antonio Ramaglia**

